

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главного врача по контрактной системе и маркетингу

/И.В.Голубева/

Приказ № 152 -кк/2019
от 02 2018г



Часть II. «Описание объекта закупки»

Функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемых товаров (используемых материалов).

№ п/п	Наименование товара	Наименование показателя	Содержание значения	Обоснование ссылки на нормативный документ	Инструкция
1	Абсорбент углекислого газа Количество 2 шт.				
1.1		Химический состав:		Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	
1.1.1.		не содержит натрия и его соединения	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
1.1.2		не вступает в реакцию с ингаляционным анестетиком	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
1.1.3		не содержит соединения, вступающие в	Соответствие	Не регламентируется.	Соответствие

		реакцию с озоном		Важная характеристика необходимая для Заказчика	
1.1.4		не содержит щелочные металлы и их производные	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
1.1.5		не образует вещества "А"	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
1.1.6		не образует угарного газа.	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
1.2		Состав:		Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	
1.2.1		гидроксид кальция, оксид кальция, силикагель, индикатор щелочности-кислотности среды фенолфталеин, буферные соединения: производные цеолита, зеленый минеральный пигмент	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
1.3		Технические параметры:		Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	

1.3.1		гранулы сферической формы диаметром, мм	Не менее 3.5	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
1.3.2		объемная плотность гранул, г/л	не более 830	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
1.3.3		РН среды - нейтральный	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
1.3.4		гидроксид кальция разлагается при температуре, градусов по Цельсию	не менее 500	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
1.3.5.		Производительность, л/кг	не менее 170	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
1.3.6.		содержание пыли, %	не более 0.2	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
1.3.7		Твердость, %	не менее 92	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для	Указывается конкретное значение

				Заказчика	
1.3.8		сопротивление потоку (60 л/мин), см	не менее 0.4	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
1.3.9		поглощение углекислого газа, кг/л	не менее 1 / 170	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
1.3.10		не образует пыль	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
1.4.		Упаковка:		Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	
1.4.1		канистра объемом, литров	не менее 5	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
2	Интродьюсер для проведения эндотрахеальных трубок Количество 32 шт				
2.1		гибкий проводник	Соответствие	Не регламентируется. Важная	Соответствие

				характеристика необходимая для Заказчика	
2.2		Назначение :проводник-направитель при трудной интубации и соединитель-обменник при замене эндотрахеальной трубки	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
2.3		на внешней поверхности нанесены метки глубины введения с шагом 10 мм	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
2.4		Одноразовые	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
2.5		Стерильные	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
2.6		Размер 15 Fr	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
2.7		Длина, мм	не менее 700	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
3	Распылитель аэрозоля трахеобронхиального				

	осаждения Количество 68 шт				
3.1		Назначение: производство и доставка аэрозоля трахеобронхиального осаждения при неинвазивной масочной вентиляции и при встраивании в дыхательный контур.	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
3.2		Состав:		Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	
3.2.1		распылитель-небулайзер открытого типа	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
3.2.2		разборная невыливающейся конструкция (обеспечивает производство аэрозоля заданных параметров при любом положении пациента) из трех элементов	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
3.2.3		выступающий кислородный коннектор не менее 6мм , адаптированный к кислородным медицинским консолям, портативным и стационарным компрессорам	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
3.2.4		камера-емкость для растворов объемом не менее 10 мл, с не смываемой градуировкой каждые 2 мл	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие

3.2.5		ограничитель потока конусного типа, создающий отрицательное давление при образовании аэрозоль	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
3.2.6		коннекция со стороны маски или тройника не менее 22F	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
3.2.7		продольные противоскользящие выступы на корпусе.	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
3.2.8		Дисперсность: при скорости потока 8 литров в минуту образуется не менее 80% частиц аэрозоля размером не более от 3 до 5 мкм	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
4	Трубка эндотрахеальная с манжетой Количество 68 шт				
4.1		Назначение проведение оральной и назальной интубации трахеи для кратковременной и среднесрочной ИВЛ	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
4.2		Состоит из:		Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для	

				Заказчика	
4.2.1		абсолютно прозрачная, стандартно изогнутая, устойчивая к перегибу трубка, со скошенным атравматичным дистальным кончиком с глазком Мэрфи	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
4.2.2		встроенная в заднюю стенку трубки рентгеноконтрастная полоска	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
4.2.3		несмываемая разметка длины и маркировка размера на боковой поверхности трубки	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
4.2.4		манжета низкого давления большого объема	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
4.2.5		встроенная в переднюю стенку воздушная линия манжетки	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
4.2.6		пилотный баллон манжетки с разъемом Луер Лок и автоматическим клапаном герметизации	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
4.2.7		вставленный в проксимальное отверстие трубки коннектор 15 мм тип соединения Male(M) с пальцевыми упорами и маркировкой размера трубки	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика	Соответствие

				необходимая для Заказчика	
4.3		Размер, мм 7.0	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
5	Трубка эндотрахеальная с манжетой Количество 90 шт				
5.1.		Назначение проведение оральной и назальной интубации трахеи для кратковременной и среднесрочной ИВЛ	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
5.2.		Состоит из:		Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	
5.2.1		абсолютно прозрачная, стандартно изогнутая, устойчивая к перегибу трубка, со скошенным атравматичным дистальным кончиком с глазком Мэрфи	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
5.2.2		встроенная в заднюю стенку трубки рентгеноконтрастная полоска	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
5.2.3		несмываемая разметка длины и маркировка размера на боковой поверхности трубки	Соответствие	Не регламентируется. Важная	Соответствие

				характеристика необходимая для Заказчика	
5.2.4		манжета низкого давления большого объема	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
5.2.5		встроенная в переднюю стенку воздушная линия манжетки	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
5.2.6		пилотный баллон манжетки с разъемом Луер Лок и автоматическим клапаном герметизации	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
5.2.7		вставленный в проксимальное отверстие трубки коннектор 15 мм тип соединения Male(M) с пальцевыми упорами и маркировкой размера трубки	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
5.3		Размер, мм 7.5	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
6	Надгортанный воздуховод Количество 14 шт				
6.1		Надгортанный воздуховод с кислородным портом, шлемом, желудочным зондом	Соответствие	Не регламентируется. Важная	Соответствие

				характеристика необходимая для Заказчика	
6.2.		Состоит из:		Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	
6.2.1		гелевая нераздувная манжета	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
6.2.2		блокатор надгортанника эллипсоидный	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
6.2.3		широкий воздуховод-ротовой стабилизатор стандартно изогнутый	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
6.2.4		Диаметр Коннектора, мм	Не более 15	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
6.2.5		встроенный в воздуховод канал для желудочного зонда	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
6.2.6		зубной коннектор	Соответствие	Не регламентируется.	Соответствие

				Важная характеристика необходимая для Заказчика	
6.2.7		кислородный порт с силиконовой неразъединяемой заглушкой, мм	Не более 6	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
6.2.8.		шлем-фиксатор	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
6.2.9		зубья для фиксатора	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
6.2.10		лубрикант на водной основе	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
6.2.11		желудочный зонд с рентгеноконтрастной полосой	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
6.3		Материалы гель, силикон, полиэтилен высокой плотности	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие

6.4		Размер № 4	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
7	Маска анестезиологическая				
	Количество 46 шт				
7.1.		Маска анестезиологическая наркозная лицевая силиконизированная, с запахом	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
7.2.		Корпус маски прозрачный	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
7.3.		Форма Анатомическая	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
7.4.		Размер заменяет 3 и 4 размер стандартной наркозной маски	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
7.5.		Манжета не раздувная	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие

7.6.		С внутренней стороны манжеты боковые апертурные решетки	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
7.7.		противоскользящие насечки на корпусе	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
7.8.		плоская выемка для второго и третьего пальца для фиксации маски рукой	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
7.9.		Диаметр Коннектора, мм	Не более 22	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
7.10.		Тип соединения, female (F)	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
7.11		Материал биodeградируемый пластик, не содержит ПВХ и фталаты	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
7.12.		Размер № 4	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для	Соответствие

				Заказчика	
8	Маска анестезиологическая Количество 16 шт				
8.1		Маска анестезиологическая наркозная лицевая силиконизированная, с запахом	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
8.2.		Корпус маски прозрачный	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
8.3.		Форма Анатомическая	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
8.4.		Размер заменяет 4 и 5 размер стандартной наркозной маски	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
8.5.		Манжета не раздувная	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
8.6.		С внутренней стороны манжеты боковые апертурные решетки	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для	Соответствие

				Заказчика	
8.7.		противоскользящие насечки на корпусе	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
8.8.		плоская выемка для второго и третьего пальца для фиксации маски рукой	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
8.9.		Диаметр Коннектора, мм	Не более 22	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
8.10		Тип соединения, female (F)	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
8.11.		Материал биodeградируемый пластик, не содержит ПВХ и фталаты	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
8.12		Размер № 5	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
9	Маска анестезиологическая				

	Количество 338 шт				
9.1		Назначение аэрозольная и кислородная терапия	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
9.2.		Состоит из:		Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	
9.2.1		прозрачный корпус маски	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
9.2.2		двойная подвижная силиконизированная манжета	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
9.2.3		двойные боковые прорезы на корпусе маски для выдоха	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
9.2.4		одинарные прорезы на подбородке для предотвращения раздражения от аэрозоля на нижней части лица	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
9.2.5		Коннектор 20 мм тип соединения Male(M) , расположен под углом 90 градусов	Соответствие	Не регламентируется. Важная	Соответствие

				характеристика необходимая для Заказчика	
9.2.6		поддерживающий шнур, фиксирующийся ниже ушей	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
9.3.		Материал полипропилен и полиэтилен без латекса	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
10	Канюля назальная для взрослых Количество 338 шт				
10.1		Назначение: подача кислорода концентрацией от 28 до 36% пациенту назально при скорости потока 2-4 литра в минуту	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
10.2.		Состоит из:		Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	
10.2.1		прозрачный кислородный гибкий продольноармированный кабель изменяющего диаметра	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
10.2.2		Длина кабеля, м	не менее 1.8	Не регламентируется. Важная	Указывается конкретное значение

				характеристика необходимая для Заказчика	
10.2.3		две атравматичные изогнутые канюли	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
10.2.4		стабилизационный бортик для предотвращения складывания	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
10.2.5		подвижный фиксатор диаметра проема	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
10.2.6		эластомерный универсальный коннектор кислородного штуцера	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
10.2.7		внешний диаметр, мм	не более 10	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
10.2.8		внутренний диаметр, мм	не менее 5	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
10.2.9		упорный эластомерный обод на коннекторе	Соответствие	Не регламентируется.	Соответствие

				Важная характеристика необходимая для Заказчика	
10.2.10		Диаметром, мм	не более 15	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
10.2.11		прозрачная розетка в месте разветвления кислородного шланга	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
11	Трубка кислородная Постоянного сечения Количество 338 шт				
11.1.		Назначение кислородная терапия	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
11.2		Состоит из:		Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	
11.2.1		гибкая прозрачная трубка	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие

11.2.2		Длина, м	не менее 1.8	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
11.2.3		два стандартных эластомерных коннектора с внешними ограничителями для пальцевого упора	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
12	Закрытая санационная (аспирационная) система Количество 9 шт				
12.1		разборный катетер Янкауэра с кнопкой вакуум-контроля	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
12.2		У-образный силиконовый коннектор для одновременного соединения систем для ороназальной аспирации и закрытой системы для аспирации из трахеобронхиального дерева, мм	Не более 8	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
12.3		атравматичная зубная щетка с полостью для аспирации и отвода аспиранта, шт	не менее 4	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
12.4		назальный катетер с окошком для аспирации, шт	не менее 2	Не регламентируется. Важная	Указывается конкретное значение

				характеристика необходимая для Заказчика	
12.5.		Тампон, шт	не менее 6	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
13	Спирометр побудительный для взрослых Количество 68 шт				
13.1		Назначение : для тренировки дыхательной системы пациента в режиме длительного максимального вдоха и измерения рабочего дыхательного объема легких	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
13.2		Состоит из:		Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	
13.2.1		емкость с градуировкой дыхательного объема каждые 500 мл для взрослых	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
13.2.2		индикаторный поплавков	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
13.2.3		нагрузочные зоны дыхания: "печальное	Соответствие	Не регламентируется.	Соответствие

		лицо", "радостное лицо"		Важная характеристика необходимая для Заказчика	
13.2.4		рукоятка удерживания спиротренажёра	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
13.2.5		штуцер дыхательный, мм	Не более 22	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
13.2.6		Тип соединения male (M)	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
13.2.7		патрубок конфигурируемый, длиной в состоянии компрессии со встроенным загубником, см	не менее 25	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
13.2.8		кислородный штуцер, мм	не более 6	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
13.2.9		Объём, литров	не менее 4	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение

13.2.10		лист пациента	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
13.2.11		Упаковка индивидуальная, стерильная	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
14	Трубка эндотрахеальная с манжетой Количество 135 шт				
14.1		Назначение проведение оральной и назальной интубации трахеи для кратковременной и среднесрочной ИВЛ	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
14.2.		Состоит из:		Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	
14.2.1		абсолютно прозрачная, стандартно изогнутая, устойчивая к перегибу трубка, со скошенным атравматичным дистальным кончиком с глазком Мэрфи	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
14.2.2		встроенная в заднюю стенку трубки рентгеноконтрастная полоска	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для	Соответствие

				Заказчика	
14.2.3		несмываемая разметка длины и маркировка размера на боковой поверхности трубки	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
14.2.4		манжета низкого давления большого объема	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
14.2.5		встроенная в переднюю стенку воздушная линия манжетки	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
14.2.6		пилотный баллон манжетки с разъемом Луер Лок и автоматическим клапаном герметизации	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
14.2.7		вставленный в проксимальное отверстие трубки коннектор 15мм тип соединения Male(M) с пальцевыми упорами и маркировкой размера трубки	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
14.3		Размер, мм 8,0	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
15	Трубка эндотрахеальная с манжетой				

	Количество 180 шт				
15.1		Назначение проведение оральной и назальной интубации трахеи для кратковременной и среднесрочной ИВЛ	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
15.2.		Состоит из:		Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	
15.2.1		абсолютно прозрачная, стандартно изогнутая, устойчивая к перегибу трубка, со скошенным атравматичным дистальным кончиком с глазком Мэрфи	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
15.2.2		встроенная в заднюю стенку трубки рентгеноконтрастная полоска	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
15.2.3		несмываемая разметка длины и маркировка размера на боковой поверхности трубки	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
15.2.4		манжета низкого давления большого объема	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
15.2.5		встроенная в переднюю стенку воздушная линия манжетки	Соответствие	Не регламентируется. Важная	Соответствие

				характеристика необходимая для Заказчика	
15.2.6		пилотный баллон манжетки с разъемом Луер Лок и автоматическим клапаном герметизации	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
15.2.7		вставленный в проксимальное отверстие трубки коннектор 15 мм тип соединения Male(M) с пальцевыми упорами и маркировкой размера трубки	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
15.3		Размер, мм 8,5	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
16	Трубка эндотрахеальная с манжетой Количество 23 шт				
16.1		Назначение проведение оральной и назальной интубации трахеи для кратковременной или среднесрочной ИВЛ	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
16.2.		Состоит из:		Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	
16.2.1		абсолютно прозрачная, стандартно изогнутая,	Соответствие	Не регламентируется.	Соответствие

		устойчивая к перегибу трубка, со скошенным атравматичным дистальным кончиком с глазком Мэрфи		Важная характеристика необходимая для Заказчика	
16.2.2		встроенная в заднюю стенку трубки рентгеноконтрастная полоска	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
16.2.3		несмываемая разметка длины и маркировка размера на боковой поверхности трубки	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
16.2.4		манжета низкого давления большого объема	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
16.2.5		встроенная в переднюю стенку воздушная линия манжетки	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
16.2.6		пилотный баллон манжетки с разъемом Луер Лок и автоматическим клапаном герметизации	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
16.2.7		вставленный в проксимальное отверстие трубки коннектор 15мм тип соединения Male(M) с пальцевыми упорами и маркировкой размера трубки	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие

16.3		Размер, мм 9,0	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
17	Эндобронхиальная двухпросветная трубка Количество 5 шт				
17.1		Назначение: Для выполнения раздельной интубации трахеи, проведения однологочной вентиляции во время общей анестезии.	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
17.2		Двухпросветная трубка	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
17.3		Тип трубки- Робертшоу	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
17.4		Цвет трубки: Прозрачный	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
17.5		Материал трубки: Пластифицированный, термопластичный, стойкий к перегибам, имплантационно-нетоксичный ПВХ	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для	Соответствие

				Заказчика	
17.6		Размер трубки 32Fr	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
17.7		Сторона трубки Правая	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
17.8		Длина трубки, мм	Не менее 480	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
17.9		Рентгенконтрастная полоса в трубке	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
17.10		Длина рентгенконтрастной полосы По всей длине трубки	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
17.11		Цвет рентгенконтрастной полосы Синий	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
17.12		Градуировка трубки	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика	Соответствие

				необходимая для Заказчика	
17.13		Манжета трахеальная	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
17.14		Тип трахеальной манжеты Мягкая, низкого давления	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
17.15		Цвет трахеальной манжеты Матовая прозрачность	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
17.16		Форма трахеальной манжеты Грушевидная	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
17.18		Клиренс заиси азота в манжету, см вод ст/час	Не более 41	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
17.19		Эксцизионный диаметр трахеальной манжеты, мм	Не более 26	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
17.20		Манжета бронхиальная	Соответствие	Не регламентируется. Важная	Соответствие

				характеристика необходимая для Заказчика	
17.21		Тип бронхиальной манжеты Мягкая, низкого давления	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
17.22		Цвет бронхиальной манжеты Синяя	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
17.23		Форма бронхиальной манжеты Эллипсовидная	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
17.24		Клиренс закиси азота в манжету, см вод ст/час	Не более 41	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
17.25		Эксцизионный диаметр бронхиальной манжеты, мм	Не более 13	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
17.26		2 встроенных (неразъемных) Т-образных коннектора на проксимальном конце трубки	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
17.27		Присоединение гибких коннекторов под прямым углом по отношению к оси трубки	Соответствие	Не регламентируется.	Соответствие

				Важная характеристика необходимая для Заказчика	
17.28		Стилет-направитель	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
17.29		2 гибких переходника с цветовой индикацией	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
17.30		Y-образный коннектор	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
17.31		Прямой вертлюжный коннектор 15/22 мм	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
17.32		4 санационных катетера типа «Капкон» с вакуум-контролем	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
17.33		Размер санационных катетеров 10 Fr	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие

17.34		Пилот-баллон бронхиальной манжеты	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
17.35		Цвет пилот-баллона Синий	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
17.36		Пилот-баллон трахеальной манжеты	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
17.37		Цвет пилот-баллона Белый	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
17.38		Маркировка пилот-баллонов Несмываемая	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
17.39		Информативность маркировки отображает размеры изделия, тип и максимальный диаметр манжеты, и наименование производителя.	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
17.40		Клапан пилот-баллонов	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для	Соответствие

				Заказчика	
17.41		Тип клапана пилот-баллонов Встроенный односторонний невозвратный	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
17.42		Тип коннектора клапана пилот-баллонов Male	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
17.43		Маркировка трубки Несмываемая	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
17.44		Информационность маркировки отображает размеры трубки, обозначение однократности применения, допустимые виды интубации, и наименование производителя.	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
17.45		Цвет маркировки трубки и пилот-баллона Черный	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
17.46		Требования к состоянию товара поставляемый товар новый товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства)	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие

17.47		Упаковка Индивидуальная стерильная	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
17.48		Стерилизация Этиленоксид	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
18	Эндобронхиальная двухпросветная трубка Количество 5 шт				
18.1		Назначение: Для выполнения раздельной интубации трахеи, проведения односторонней вентиляции во время общей анестезии.	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
18.2		Двухпросветная трубка	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
18.3		Тип трубки- Робертшоу	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
18.4		Цвет трубки: Прозрачный	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для	Соответствие

				Заказчика	
18.5		Материал трубки: Пластифицированный, термопластичный, стойкий к перегибам, имплантационно-нетоксичный ПВХ	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
18.6		Размер трубки 35Fr	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
18.7		Сторона трубки Правая	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
18.8		Длина трубки, мм	Не менее 500	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
18.9		Рентгенконтрастная полоса в трубке	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
18.10		Длина рентгенконтрастной полосы По всей длине трубки	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
18.11		Цвет рентгенконтрастной полосы Синий	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика	Соответствие

				необходимая для Заказчика	
18.12		Градуировка трубки	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
18.13		Манжета трахеальная	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
18.14		Тип трахеальной манжеты Мягкая, низкого давления	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
18.15		Цвет трахеальной манжеты Матовая прозрачность	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
18.16		Форма трахеальной манжеты Грушевидная	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
18.18		Клиренс заиси азота в манжету, см вод ст/час	Не более 41	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
18.19		Эксцизионный диаметр трахеальной манжеты, мм	Не более 27	Не регламентируется. Важная	Указывается конкретное значение

				характеристика необходимая для Заказчика	
18.20		Манжета бронхиальная	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
18.21		Тип бронхиальной манжеты Мягкая, низкого давления	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
18.22		Цвет бронхиальной манжеты Синяя	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
18.23		Форма бронхиальной манжеты Эллипсовидная	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
18.24		Клиренс закиси азота в манжету, см вод ст/час	Не более 41	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
18.25		Эксцизионный диаметр бронхиальной манжеты, мм	Не более 16	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
18.26		2 встроенных (неразъемных) Т-образных коннектора на проксимальном конце трубки	Соответствие	Не регламентируется.	Соответствие

				Важная характеристика необходимая для Заказчика	
18.27		Присоединение гибких коннекторов под прямым углом по отношению к оси трубки	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
18.28		Стилет-направитель	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
18.29		2 гибких переходника с цветовой индикацией	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
18.30		Y-образный коннектор	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
18.31		Прямой вертлюжный коннектор 15/22 мм	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
18.32		4 санационных катетера типа «Капкон» с вакуум-контролем	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие

18.33		Размер санационных катетеров 12 Fr	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
18.34		Пилот-баллон бронхиальной манжеты	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
18.35		Цвет пилот-баллона Синий	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
18.36		Пилот-баллон трахеальной манжеты	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
18.37		Цвет пилот-баллона Белый	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
18.38		Маркировка пилот-баллонов Несмываемая	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
18.39		Информативность маркировки отображает размеры изделия, тип и максимальный диаметр манжеты, и наименование производителя.	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для	Соответствие

				Заказчика	
18.40		Клапан пилот-баллонов	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
18.41		Тип клапана пилот-баллонов Встроенный односторонний невозвратный	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
18.42		Тип коннектора клапана пилот-баллонов Male	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
18.43		Маркировка трубки Несмываемая	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
18.44		Информационность маркировки отображает размеры трубки, обозначение однократности применения, допустимые виды интубации, и наименование производителя.	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
18.45		Цвет маркировки трубки и пилот-баллона Черный	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
18.46		Требования к состоянию товара поставляемый товар новый товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика	Соответствие

		восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства)		необходимая для Заказчика	
18.47		Упаковка Индивидуальная стерильная	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
18.48		Стерилизация Этиленоксид	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
19	Устройство для контроля кровяного давления Количество 14 шт				
19.1		Набор для измерения артериального давления с одноразовым преобразователем	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
19.2		Состав набора:		Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	
19.2.1		Преобразователь артериального давления одноразовый: Встроенный под углом 45° трехходовой кран, полное предварительное тестирование; совместимость с любыми CF – мониторами	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие

19.2.2		Рабочее напряжение в диапазоне, 2-10 В	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
19.2.3		Диапазон измерений, 50-300 мм рт. ст.	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
19.2.4		Предельное давление, мм рт. ст.	Не менее 6000	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
19.2.5		Рабочая температура в диапазоне От +15.0 до +40.0	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
19.2.6		Чувствительность 5 мкВ/В/мм рт. ст. $\pm 1\%$	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
19.2.7		Нелинейность и гистерезис $\pm 1.5\%$ от полного диапазон	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
19.2.8		Отклонение/Асимметрия Макс., ± 25 мм рт. ст.	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для	Соответствие

				Заказчика	
19.2.9		Сдвиг температуры, $\pm 0.1\%$ °C	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	оответствие
19.2.10		Дрейф отклонения (offset-drift) ± 1 мм рт. ст. в течение 8 ч ± 2 мм рт. ст. в течение 24 ч	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
19.2.11		Полное входное сопротивление в диапазоне, 1800 – 4500Ом	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
19.2.12		Полное выходное сопротивление в диапазоне, 270 – 330 Ом	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
19.2.13		Изолирующее сопротивление, Ом	Не более 1000	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
19.3		Прочие компоненты:		Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	
19.3.1		Инфузионная система; магистрали высокого давления с цветовой кодировкой (красный-артериальная)	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика	Соответствие

				необходимая для Заказчика	
19.3.2		трехходовые краны	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
19.3.3		промывное устройство с клапаном для быстрой промывки со скоростью 1 мл/сек и постоянной промывки системы со скоростью 3 мл/ч под давлением 300 мм рт. ст	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
19.3.4		встроенный кабель с четырех контактным разъемом, совместимый с соединительным кабелем типа Комбитранс	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
20	Закрытая санационная (аспирационная) система Количество 9 шт				
20.1		Закрытая санационная (аспирационная) система с шарнирным адаптером для эндотрахеальной трубки для санации трахеобронхального дерева во время ИВЛ по закрытой методике без отключения пациента от аппарата ИВЛ	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
20.2		цветовая маркировка по ISO - зеленая	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие

20.3		Время использования, часа:	Не менее 72	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
20.4		Аспирационный (санационный) катетер закрытого типа длиной 54 см, диаметром 4,6 мм(соответствует размеру 14 Fr)	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
20.5		твердость по Шору, А	не более 78	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
20.6		Санационный катетер закрыт защитным антибактериальным полиуретановым рукавом, имеет цифровую маркировку длины с шагом 2 см, кончик атравматичный, т.е. закругленный, без острых краев, из мягкого материала, имеет три отверстия: дистальное и два боковых для предотвращения закупорки катетера. Проксимальный Г-образный (угловой) коннектор системы имеет шарнирные соединения с эндотрахеальной трубкой и дыхательным контуром, промывочную камеру с лепестковым клапаном, разделяющим её с камерой прохождения газового потока, порт с клапаном и закрепленной крышкой для введения физиологического раствора.	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
20.7		В проксимальной и дистальной частях камеры имеются силиконовые прокладки для обеспечения герметичности и механической очистки наружной поверхности катетера. Конструкция коннектора и клапана	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие

		обеспечивает автоматическое глубокое равномерное промывание катетера в конце санации физиологическим раствором. В исходном состоянии в проксимальном коннекторе установлен Y-образный съёмник-заглушка, для перекрытия апертуры воздуховодного канала и фиксирования клапана промывочной камеры, и используемый в дальнейшем для отсоединения санационной системы от эндотрахеальной трубки.			
20.8		Дистальный коннектор с клапаном с нажимно-поворотным замком для контроля подачи вакуума, с противоскользящими насечками на крышке клапана, с углублением для пальцевого упора и защитным колпачком.	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
20.9		Система должна быть снабжена механизмом защиты от случайной активации: блокировка и разблокировка должны происходить путем приподнятия крышки клапана и поворота ее на 180 градусов по или против часовой стрелки. Положение клапана (заблокировано/разблокировано) должно визуализироваться благодаря соответствующей маркировке, нанесенной на клапан и крышку. На поверхности клапана должен быть указан диаметр системы в миллиметрах и соответствующий ему размер во френчах.	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
20.10		В комплект системы входят гибкий гофрированный конфигурируемый переходник к дыхательному контуру и наклейки с днями недели на русском языке.	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
20.11		Материалы: полиэтилен, стирол, поливинилхлорид, полипропилен.	Соответствие	Не регламентируется. Важная	Соответствие

				характеристика необходимая для Заказчика	
20.12		Упаковка: стерильная	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
21	Катетер (зонд) желудочный Количество 338 шт				
21.1		Технические характеристики: Катетер (зонд) желудочный из поливинилхлорида с закрытым концом с проводником	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
21.2		Размер, мм	Не более 4.8	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
21.3		4 боковых отверстия	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
21.4		рентгеноконтрастная полоса	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
21.5		метки 45-55-65-76 см	Соответствие	Не регламентируется. Важная	Соответствие

				характеристика необходимая для Заказчика	
21.6		длина в диапазоне, 1000-1100 мм	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
21.7		индивидуальная стерильная упаковка	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
22	Тройник для инфузионной системы Количество 900 шт				
22.1		Назначение - для инфузии, измерения давления, регулировки потоков.	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
22.2		Состав: Т-образный прозрачный корпус, прямоточные внутренние каналы, конекторы Луер-Лок; разъем для крепления к фиксатору кранов на коже пациента	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
22.3		Используемые материалы - полипропилен, полиэтилен высокого давления	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
22.4		Угол поворота регулятора потоков, градусов	не менее 360	Не регламентируется.	Указывается конкретное значение

				Важная характеристика необходимая для Заказчика	
22.5		Резистентность к давлению в системе, не менее 4 бар или 2944 мм ртутного столба	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
22.6		Соединения: Луер Лок	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
22.7		Максимальный период использования, часов:	не менее 96	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
23	Внутривенная канюля с инъекционным портом Количество 90 шт				
23.1		Состав: катетер прозрачный, с четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие

		гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Люэр лок на гидрофобной заглушке			
23.2		Используемые материалы: Нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер – полиуретан	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
23.3		Размер, G/мм: 18/1.3	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
23.4		Длина, мм:	Не более 45	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
23.5		Скорость потока, мл/мин:	не менее 96	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
24	Внутривенная канюля с инъекционным портом Количество 225 шт				
24.1		Состав: катетер прозрачный, с четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие

		крыльями; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Люэр лок на гидрофобной заглушке			
24.2		Используемые материалы: Нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер – полиуретан	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
24.3		Размер, G/мм: 20/1.1	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
24.4		Длина, мм:	Не более 33	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
24.5		Скорость потока, мл/мин:	не менее 61	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
25	Внутривенная канюля с инъекционным портом Количество 113 шт				
25.1		Состав: катетер прозрачный, с четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер Лок с	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика	Соответствие

		перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Люэр лок на гидрофобной заглушке		необходимая для Заказчика	
25.2		Используемые материалы: Нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер – полиуретан	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
25.3		Размер, G/мм: 22/0.9	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
25.4		Длина, мм:	Не более 25	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
25.5		Скорость потока, мл/мин:	не менее 36	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
26	Реанимационный дыхательный мешок для ИВЛ Количество 3 шт				
26.1		Назначение ручная вентиляция легких взрослого пациента	Соответствие	Не регламентируется.	Соответствие

				Важная характеристика необходимая для Заказчика	
26.2		Состоит из:		Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	
26.2.1		реанимационный мешок для взрослых при весе пациента, более 50 кг	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
26.2.2		реверсивный клапан	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
26.2.3		резервный кислородный мешок	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
26.2.4		кислородный продольноармированный шланг	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
26.2.5		Длина, м	Не более 3	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение

26.2.6		эластичный стандартный соединительный коннектор	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
26.2.7		коннектор резьбовой для подачи кислорода высокой концентрации (при темпе 12 bpm для потока 5 л/мин-50%, 10 л/мин-83%, 15 л/мин-90%), подсоединяемый через штуцер	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
26.2.8		угловой шарнирный коннектор со встроенным клапаном вдоха под маску или интубационную трубку (мм)22-15 тип соединения Male(M)-Female (F)	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
26.2.9		маска прозрачная лицевая с предварительным наддувом и кольцом маскодержателя	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
26.3		Размер 5	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
26.4		сопротивление на вдохе/выдохе <3,0см водного столба /<3,0см водного столба	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
26.5		мертвое пространство, мл	Не более 18	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для	Указывается конкретное значение

				Заказчика	
26.6		дыхательным объёмом, мл		Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	
26.6.1		- при сжатии двумя руками	Не менее 1000	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
26.6.2		- при сжатии одной рукой	Не менее 800	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
26.7		Объём, л	Не менее 1.5	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
27	Троакар-катетер Количество 9 шт				
27.1		Назначение: троакар-катетер для быстрого чрезкожного введения дренажной трубки в грудную полость с целью удаления воздуха и патологических жидкостей.	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
27.2		Технические характеристики стилета: стилет из прочного легкого металлического сплава с острым дистальным концом с трехгранной заточкой, защитный колпачок на дистальном	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для	Соответствие

		конце для предотвращения уколов		Заказчика	
27.3		Дренажная трубка из нетоксичного ПВХ.	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
27.4		Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки, открытый атравматичный дистальный конец и 2 боковых отверстия	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
27.5		Маркировка и градуировка катетера: на катетере маркировка диаметра и градуировка глубины введения, начинающаяся с 2 см от края проксимального отверстия до 20 см с ценой деления 2 см.	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
27.6		Воронкообразный ступенчатый коннектор подходит для любого типа аспирационных систем, просвет трубки устойчив к слипанию при перегибах.	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
27.7		Размер, мм 5.30	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
27.8		Стерильный	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
28	Троакар-катетер Количество 9 шт				

28.1		Назначение: троакар-катетер для быстрого чрезкожного введения дренажной трубки в грудную полость с целью удаления воздуха и патологических жидкостей.	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
28.2		Технические характеристики стилета: стилет из прочного легкого металлического сплава с острым дистальным концом с трехгранной заточкой, защитный колпачок на дистальном конце для предотвращения уколов	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
28.3		Дренажная трубка из нетоксичного ПВХ.	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
28.4		Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки, открытый атравматичный дистальный конец и 2 боковых отверстия	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
28.5		Маркировка и градуировка катетера: на катетере маркировка диаметра и градуировка глубины введения, начинающаяся с 2 см от края проксимального отверстия до 20 см с ценой деления 2 см.	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
28.6		Воронкообразный ступенчатый коннектор подходит для любого типа аспирационных систем, просвет трубки устойчив к слипанию при перегибах.	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
28.7		Размер, мм 6,70	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для	Соответствие

				Заказчика	
28.8		Стерильный	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
29	Воздуховод Количество 9 шт				
29.1		Обеспечение проходимости дыхательных путей	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
29.2		Стандартно изогнутый воздуховод по Гведелу	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
29.3		размер 3	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
29.4		длина, см	не менее 9.0	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
29.5		цветовая индикация - оранжевый (согласно международной цветовой кодировке)	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие

29.6		цветовая индикация по всей длине воздуховода	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
29.7		тело воздуховода цельнолитое(неразборное), гладкое для обеспечения безопасности пациента, имеет усиление в области зубов пациента, для предотвращения окклюзии	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
30	Воздуховод Количество 9 шт				
30.1		Обеспечение проходимости дыхательных путей	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
30.2		Стандартно изогнутый воздуховод по Гведелу	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
30.3		размер 4	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
30.4		длина, см	не менее 10.0	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение

30.5		цветовая индикация - оранжевый (согласно международной цветовой кодировке)	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
30.6		цветовая индикация по всей длине воздуховода	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
30.7		тело воздуховода цельнолитое(неразборное), гладкое для обеспечения безопасности пациента, имеет усиление в области зубов пациента, для предотвращения окклюзии	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
31	Воздуховод Количество 9 шт				
31.1		Обеспечение проходимости дыхательных путей	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
31.2		Стандартно изогнутый воздуховод по Гведелу	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
31.3		размер 5	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие

31.4		длина, см	не менее 12.0	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Указывается конкретное значение
31.5		цветовая индикация - оранжевый (согласно международной цветовой кодировке)	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
31.6		цветовая индикация по всей длине воздуховода	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
31.7		тело воздуховода цельнолитое(неразборное), гладкое для обеспечения безопасности пациента, имеет усиление в области зубов пациента, для предотвращения окклюзии	Соответствие	Не регламентируется. Важная характеристика необходимая для Заказчика	Соответствие
32	Система дренажа Количество 100 шт				
32.1		Предназначена для активного низковакуумного дренирования ран и полостей со значительным или умеренным количеством отделяемой жидкости.	Соответствие		Соответствие
32.2		Стерильный, одноразовый	Соответствие		Соответствие
32.3		Дренажная емкость - "гармошка"	Соответствие		Соответствие
32.4		Объем емкости, мл	Не менее 400		Указывается конкретное значение
32.5		на боковой поверхности расположена градуировка от 25 мл, далее 100, 200, 300, 400 мл	Соответствие		Соответствие

32.6		Емкость снабжена винтовой крышкой с коннектором для подключения соединительной трубки и затягивающимся хомутом-подвесом	Соответствие		Соответствие
32.7		В комплекте с емкостью поставляется соединительная трубка	Соответствие		Соответствие
32.7.1		Длина соединительной трубки, см	Не менее 110		Указывается конкретное значение
32.7.2		Диаметр соединительной трубки Ch/Fr 20	Соответствие		Соответствие
32.7.3		Трубка снабжена зажимом и универсальным коническим коннектором переменного диаметра для соединения с дренажным катетером	Соответствие		Соответствие
32.8		В набор входит дренажный катетер Редона, в который интегрирован стилет из высококачественной нержавеющей стали для вывода катетера из раны наружу через кожу.	Соответствие		Соответствие
32.9		Стиллет длиной 13.75 см имеет острую трехгранную заточку и защитный колпачок для предотвращения случайного травмирования персонала и пациента	Соответствие		Соответствие
32.10.		Дренажный катетер размером 18 Ch/Fr , имеет 28 отверстий по Редону и рентгеноконтрастную линию по всей длине.	Соответствие		Соответствие
32.10.1		Длина катетера см	Не менее 50		Указывается конкретное значение
32.10.2		Внешний диаметр катетера, мм	Не более 6.0		Указывается конкретное значение
32.10.3		Внутренний диаметр катетера мм	Не менее 4.5		Указывается конкретное значение