

В сфере оказания услуг по техническому обслуживанию медицинской техники Департаментом выявляются следующие замечания:

1. При описании объекта закупки заказчиками:

1.1. Не определяется объем ремонтных работ в случае их включения в описание объекта закупки в нарушение статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

1.2. Не устанавливаются дополнительные требования к участникам закупки согласно постановлению Правительства РФ от 29.12.2021 № 2571 «О требованиях к участникам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации»;

1.3. В нарушение положений статьи 17 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» объединяются в одну закупку различные виды лицензируемой деятельности, например:

техническое обслуживание медицинской техники и поверка измерительных приборов;

техническое обслуживанию медицинской техники и техническое обслуживание источников ионизирующего излучения (генерирующих).

2. При составлении проектов контрактов заказчиками:

2.1. Не применяются (применяются не в полном объеме) условия Типового контракта на оказание услуг по ремонту электронного и оптического оборудования, информационной карты типового контракта на оказание услуг по ремонту электронного и оптического оборудования, утвержденного приказом Минпромторга России от 26.01.2021 № 184.