



Государственное автономное учреждение здравоохранения
Свердловской области

Детская городская больница город Нижний Тагил

622051, г. Нижний Тагил
ул. Коминтерна, 54

Приёмная главного врача
Контактный телефон (3435) 38 46 56
E-mail: info@dgbnt.ru
ntdb1-public@mis66.ru

№ 3870

«18» сентября 2024 г.

ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации в отношении товара для
определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), цены единицы товара, работы, услуги

(заполняется на бланке заказчика, указывается адресат – потенциальный поставщик)
ГАОУЗ СО «Детская городская больница г. Нижний Тагил»

(наименование заказчика)

Контур дыхательный

(предмет закупки)

Номер строки	Наименование товара	Подробное описание предмета закупки		
		Характеристики предмета закупки	Единица измерения	Количество товара
1	2	3	4	5
1	Контур дыхательный	В соответствии с описанием предмета закупки	шт	20

Номер строки	Описание планируемой закупки	Содержательная часть
1	2	3
1.	Предполагаемые сроки проведения закупки	4 квартал 2024 г.
2.	Планируемый срок заключения договора	4 квартал 2024 г.
3.	Основные условия исполнения договора	<i>Поставка товара осуществляется в течение 5 календарных дней с момента заявки Заказчика, в день по согласованию с Заказчиком.</i>
4.	Порядок поставки товара	Поставка товара осуществляется с момента заключения договора в срок до «30» ноября 2024 года включительно по

1	2	3
		предварительным заявкам ответственного лица Заказчика.
5.	Порядок оплаты	не более чем в течение семи дней с момента подписания Заказчиком <i>товарных накладных по форме ТОРГ-12 и Акта сдачи - приемки Товара</i>
6.	Размер обеспечения исполнения договора	в размере 5-10% от Н(М)ЦД
7.	Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества (в случае установления указанных требований)	не менее 60% на момент поставки

Номер строки	Перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности товара, предлагаемых поставщиком	Содержательная часть
1	2	3

Сроки предоставления ценовой информации: до 20.09.2024 года.

Из ответа на запрос о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – запрос) должны однозначно определяться:

1) цена единицы товара и общая цена договора на условиях, указанных в запросе;

2) срок действия предлагаемой цены;

3) расчет предлагаемой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров;

4) включает ли цена товара НДС или цена товара указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);

5) включает ли цена товара в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

При подготовке ответа на запрос о предоставлении ценовой информации следует учитывать, что цена договора может указываться как с учетом, так и без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; начальная (максимальная) цена договора может выражаться в иностранной валюте.

Запрашиваемую информацию необходимо направить по адресу: 622051, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Коминтерна, 54, этаж 1, каб.№ 1 и (или) на электронную почту в формате: oot4@dgbnt.ru.

Приложение:

1. Форма ответа на запрос о предоставлении ценовой информации на 2 л. в 1 экз.
2. Описание предмета закупки на 1 л. в 1 экз.

Главный врач



(подпись)

/ Д.М.Клейменов
(расшифровка)

Описание предмета закупки

	Характеристики товара, работы, услуги	Значения показателя
1	Контур дыхательный аппарата искусственной вентиляции легких, одноразового использования	
1.1.	Внутренний диаметр дыхательных трубок, мм	22
1.2.	Трубки дыхательного контура гофрированные	Соответствие
1.3.	На линии выдоха встроен влагосорбник	Соответствие
1.4.	Максимальный объем влагосорбника, мл	≥ 50 и ≤ 100
1.5.	Влагосорбник самогерметизирующийся с клапаном поворотного типа	Наличие
1.6.	Длина трубки выдоха от аппарата до влагосорбника, см	≥ 40 и ≤ 80
1.7.	Длина трубки выдоха от влагосорбника до Y-образного соединителя, см	≥ 80 и ≤ 120
1.8.	Длина трубка вдоха с проводом нагрева, см	≥ 120 и ≤ 200
1.9.	Длина дополнительной трубки для подключения к камере увлажнителя, см	≥ 40 и ≤ 80
1.10.	Обогреваемая трубка вдоха с коннектором 22F для подключения к камере увлажнителя с портом для температурного датчика на проксимальном конце и переходником с портом для температурного датчика со стороны Y-образного соединителя	наличие
1.11.	Трубки вдоха и выдоха со стороны аппарата и дополнительная трубка для подключения к камере увлажнителя оснащены коннекторами 22F	наличие
1.12.	На Y-образном соединителе установлен герметизирующий защитный колпачок	наличие