

Министерство здравоохранения
Свердловской области
Государственное автономное учреждение
здравоохранения Свердловской области
«Ирбитская центральная городская больница»
ул. Комсомольская, 72 г. Ирбит, Свердловская обл.
623 854
Телефон (34355) 6-06-07 Факс (34355) 6-08-06
E-mail: irgb-public@mis66.ru
ОКОГУ 32100 ОКПО 01944890
ОГРН 1026600877610
ИНН/КПП 6611000527/667601001

Руководителям коммерческих
(торговых) отделов организаций,
занимающихся
поставкой/изготовлением изделий
медицинского назначения

Исх № 2552 от «09» октября 2023 год

Запрос о предоставлении ценовой информации.

ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» просит сообщить стоимость следующего медицинских изделий:

Инфузомат (инфузионный шприцевой насос) в количестве - 5 шт.

Описание требований	Наличие функции или величина параметра по ТЗ
Объем шприца, Кубический сантиметр;^миллилитр	≥ 2 и ≤ 60
Скорость инфузии, мл/ч	≤ 1800
Рег. Удостоверение МЗ РФ	Наличие
Инструкция по применению на русском языке	Наличие
Класс защиты рабочей части прибора согласно ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010	CF, защита от дефибрилляции
Класс защиты от поражения электрическим током согласно ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010	Не ниже II
Интерфейс	Меню на русском языке
Размеры (Ш x Г x В)	не более 320 x 170 x 145
Вес, кг	не более 2,5
Встроенная в корпус насоса ручка для переноски прибора	наличие
Стыковка насосов друг с другом, создания двух-, или трех- шприцевого насоса	наличие
Дисплей, жидкокристаллический или TFT	Наличие
Тип управления	Поворотный переключатель на панели управления или tach screen
Подсветка дисплея	Наличие
Система блокировки клавиш или дисплея	наличие
Кнопки запуска и остановки инфузии на панели управления	Наличие
Используемые шприцы	10,20,30,50
Определение объема шприца	Автоматическое
Калибровка шприца	Ручная, автоматическая
Минимальная скорость инфузии при использовании шприца 50/60 мл, мл/ч	Не более 0,1
Максимальная скорость инфузии при использовании шприца 50/60 мл, мл/ч	Не менее 1300
Максимальная скорость инфузии при использовании шприца 30 мл, мл/ч	Не мене 900
Максимальная скорость инфузии при использовании шприца 20 мл, мл/ч	Не мене 600
Максимальная скорость инфузии при использовании шприца 10 мл, мл/ч	Не мене 400
Точность инфузии %	не более ± 2
Максимальный объем инфузии, мл	не менее 9999,9
Минимальный объем инфузии, мл	Не более 0,1
минимальный шаг, мл	Не более 0,1
Максимальная скорость болюсной инфузии при использовании шприца 10 мл, мл/ч	Не менее 400
Максимальная скорость болюсной инфузии при использовании шприца 20 мл, мл/ч	Не менее 600
Максимальная скорость болюсной инфузии при использовании шприца 30 мл, мл/ч	Не менее 900
Максимальная скорость болюсной инфузии при использовании шприца 50/60 мл, мл/ч	Не менее 1300
Объем болюса, мл	Не более 1,0-5

Расчет массы, кг	Не менее 1-300
Режим «Открытая вена» (режим "KVO")	наличие
Максимальная длительность инфузии, мин	Не менее 99
Минимальная длительность инфузии, мин	Не более 0,01
инфузия с учетом веса	наличие
инфузия с заданной скоростью	наличие
инфузия с учетом времени	наличие
функция защиты от непреднамеренного болюса (функция "Антиболюс")	Наличие
Сигнализация	Оптическая и звуковая
Минимальное значение порога давления окклюзии, мм рт. ст	Не менее 150
Максимальное значение порога давления окклюзии, мм рт. ст.	Не менее 900
Причины тревоги:	Окклюзия, Почти пустой, Окончание программы, Низкий заряд батареи, батарея разряжена, сбой сетевого питания, ошибка установки шприца, неисправность двигателя, ошибка датчика давления
Кнопка отключения звука сигнала тревоги	наличие
Электропитание	230 В / 50 Гц
Интерфейс для соединения с насосом	инфракрасный порт или RS-232
Длительность работы от внутренней батареи	не менее 5 ч при скорости 5 мл/ч
Комплектация:	
Инфузионный шприцевой насос шт.	Не менее 1
Кабель электросетевой шт.	Не менее 1
Универсальный зажим	Не менее 1

1. Ответ на запрос просим предоставить на бланке организации с указанием реквизитов и контактных лиц на бумажном носителе или в форме электронного документа.
2. Цена договора включает в себя все налоги и другие обязательные платежи, подлежащие уплате в соответствии с нормами законодательства, а также стоимость товара, упаковка, доставка до адреса Заказчика.
3. Оплата по Договору осуществляется по факту поставки партии Товара в течение 30 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору.
4. Предполагаемые сроки проведения закупки – октябрь 2023 года.
5. Предполагаемые сроки поставки – 5 дней с даты заявки Заказчика.
6. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Договора, что подтверждается: регистрационным удостоверением, выданного уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.
7. Размер обеспечения исполнения договора – не установлено.
8. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества – не менее 12 месяцев.
9. Срок предоставления ценовой информации – 2 дня со дня получения запроса.
10. Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны Поставщика и Заказчика.
11. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Начальник контрактной службы



Т.Н.Царегородцева