

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«Городская поликлиника № 4
город Нижний Тагил»**

(ГАУЗ СО «ГП № 4 г. Нижний Тагил»)

622036 г. Нижний Тагил, ул. Новострой, 24 тел.

(3435) 41-04-12 факс (3435) 41-78-01

muz_gp4_nt@mail.ru

от 03 июня 2025 г. № 38

ЗАПРОС НА КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Для формирования обоснования начальной максимальной цены договора и дальнейшего осуществления конкурентного способа закупки, прошу Вас направить в наш адрес коммерческое предложение на поставку нижеуказанных изделий медицинского назначения для оснащения кабинета эндоскопии:

№ п/п	Код ОКПД2	Наименование товара	Характеристика товара	Ед. изм.	Кол -во
1	32.50.50.190	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов	Емкость-контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий (габаритные хирургические инструменты, наркозо-дыхательная аппаратура, предметы ухода за больными, лабораторная посуда и т.п.). Выполнен в виде ванны с крышкой, внутри которой расположен перфорированный поддон. Материал - ударопрочный, химически стойкий полимерный материал. Исключает окрашивание любыми растворами. Рабочий объем не менее 20 л. Внутренние размеры перфорированного поддона не более 600x270x150 мм. Габаритные размеры не более 760x460x190 мм. Масса не более 5,5 кг	штука	2
2	32.50.50.190	Тележка контейнерная эндоскопическая с контейнерами для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов (ТКЭ-4 «Кронт-1» (или аналог)	Тележка с контейнерами из полимерных материалов представляет собой четырехъярусную рамную конструкцию. Каждый ярус состоит из контейнера (ванна с крышкой) для размещения эндоскопов: транспортировка и временное хранение эндоскопа, прошедшего обработку, транспортировка и временное хранение контаминированных эндоскопов. Тележка должна быть выполнена из стальной трубы круглого сечения диаметром не менее 22 мм с порошковым покрытием. Идентификация контейнеров: Зеленая кнопка-фиксатор для идентификации	штука	1

			контейнера с эндоскопом, прошедшим обработку; красная кнопка-фиксатор для контейнера с эндоскопом до обработки (после использования). Красных кнопок: 16 шт., зеленых кнопок - 16 шт. Количество одновременно транспортируемых контейнеров: 4 штуки Колеса: Тележка должна быть оборудована поворотными колесными опорами $\varnothing 75$ мм с эластичным ободом, имеющими тормоз, что позволяет при необходимости надежно фиксировать тележку. Габаритные размеры тележки: $(580 \times 490 \times 1015) \pm 25$ мм Габаритные размеры контейнера $(580 \times 375 \times 145) \pm 25$ мм Покрытие рамной конструкции: Устойчиво к дезинфекции химическими средствами в соответствии с методическими указаниями МУ-287-113 по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения Обработка контейнеров: Контейнеры устойчивы к дезинфекционной обработке в соответствии с методическими указаниями МУ-287-113, выдерживают температуру дезинфицирующих растворов в диапазоне от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+70^{\circ}\text{C}$ в соответствии с инструктивными (методическими) документами по применению конкретных средств.		
3	32.50.50.190	Тележка медицинская универсальная (ТБ-01 «Кронт-1» (или аналог))	Тележка внутрибольничная для перевозки медикаментов, перевязочных материалов и других медицинских изделий Ширина тележки, мм: не менее 900 Высота тележки, мм: не менее 950 Глубина тележки, мм: не менее 500 Количество поворотных колес, шт: не менее 4 Количество колес с тормозами, шт: не менее 2 Материал поддонов: пластик (или эквивалент) Количество поддонов, шт: не менее 2 Расстояние между поддонами, мм: не менее 530 и не более 550 Возможна обработка любыми дезинфицирующими средствами, разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей.	штука	1
4	32.50.50.190	Штатив передвижной для эндоскопов	Предназначен для использования в эндоскопических кабинетах и других отделениях лечебно-профилактических учреждений. Держатель эндоскопов штатива должен позволять разместить до 4-х эндоскопов одновременно. Штатив должен быть выполнен из облегченных металлических труб круглого сечения с химически стойким порошковым покрытием.	штука	1

			В верхней части штатива размещен держатель для подвешивания не менее 4-х эндоскопов; в нижней части должны быть установлены не менее 2 пластиковых поддона для стекания остатков воды после обработки. Штатив должен быть оснащен 4-мя поворотными колесными опорами ø50 мм. Колеса должны иметь тормоз. Материал - ударопрочный полимерный материал. Для удобства проведения санитарной обработки поддоны легкоъемные. Габаритные размеры: длина опоры не более- 460мм; ширина опоры не более- 455мм. Высота штатива максимальная- 1900 мм, минимальная -1650мм. Обработка: Обработка любыми дезинфицирующими средствами, разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей. Поддоны выдерживают стерилизацию паровым методом (автоклавирование) при температуре 121°C		
--	--	--	---	--	--

Сроки поставки:

Товар должен быть предоставлен в распоряжение Заказчика единовременно в срок не более 30 календарных дней со дня, следующего за днем заключения договора.

Адрес поставки: Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Новострой. 24.

Условия оплаты:

Заказчик оплачивает оказанные услуги в соответствии с договором, единовременным платежом путем перечисления цены договора, на банковский счет Исполнителя *в течение 7-ми (семи) рабочих дней* со дня подписания Заказчиком документа о приемке товара (накладная, ТН, ТТН, УПД), путем безналичного перечисления денежных средств.

В цену договора входит:

- стоимость товара с учетом НДС (если предусмотрен);
- расходы Поставщика на транспортировку, доставку товара до места нахождения помещений Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, затраты на оформление товарно-сопроводительных (товарные накладные, декларация о соответствии и иных документов, удостоверяющих качество поставляемого товара), а также расходы на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей;
- прочие затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, понесенные им при исполнении договора.

Заказчиками будут рассмотрены только ценовые предложения, составленные с указанием характеристик предлагаемой к поставке продукции.

Уведомляем Вас, что данный запрос не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Убедительная просьба ответить на запрос в кратчайшие сроки и направить ответ на адрес электронной почты: 419217gp4@mail.ru.

Заранее благодарим и надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Руководитель контрактной службы
Тел. (3435) 41-92-17



Н.В.Груздева