

Министерство здравоохранения
Свердловской области
Государственное автономное учреждение
здравоохранения Свердловской области
«Ирбитская центральная городская больница»
ул. Комсомольская, 72 г. Ирбит, Свердловская обл.
623 854
Телефон (34355) 6-06-07 Факс (34355) 6-08-06
E-mail: irgb-public@mis66.ru
ОКОГУ 32100 ОКПО 01944890
ОГРН 1026600877610
ИНН/КПП 6611000527/667601001

Руководителям коммерческих
(торговых) отделов организаций,
занимающихся
поставкой/изготовлением изделий
медицинского назначения

Исх № _3007_ от «29» ноября 2023 год

Запрос о предоставлении ценовой информации.

ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» просит сообщить стоимость следующего медицинских изделий:

№ п/п	Наименова ние товара	Торговое наименова ние товара	Кол ичес тво, шт.	Описание (характеристики) объекта закупки			
				№ п/п	Наименование показателя (неизменяемое)	Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое)	Конкретное значение показателя
1	2	3		4	5	6	7
1	Набор компоненто в для системы гемодиализа /гемофильтр ации	Устройство PRISMAFL EX вариант исполнения : oXiris set	4	1.1	Комплектность	Моноблок, включающий в себя: гемофильтр, магистрали забора и возврата крови, диализирующей, замещающей, цитратной жидкостей и эффлюэнта, магистраль шприца, датчики и сегменты для контроля давления в системе, камера деаэрации, мешок для сбора ультрафильтрата	
				1.2	Назначение	Для системы проведения экстракорпоральной непрерывной коррекции гомеостаза	
				1.3	Материал мембраны:	AN69 (акрилонитрил и натрия металл сульфонат сополимер + полиэтиленмин)	
				1.4	Эффективная площадь поверхности, кв.м		1,5
				1.5	Общий объем заполнения сета, мл		193
				1.6	Клиренсные характеристики:		
				1.6.1	постоянный вено- венозный гемодиализ, л/ч	4	
				1.6.2	при скорости диализирующего потока, мл/мин	67	
				1.6.3	скорость потока крови, мл/мин	200	
				1.6.4	КУФ	0	
				1.6.5	мочевина, мл/мин		66
				1.6.6	витамин В12, мл/мин		51
				1.6.7	инулин, мл/мин		40
				1.7	Режим разведения- пре/постразведени	наличие	

				я		
				1.8	Совместимость	с аппаратом PrismaFlex Oxiris set, используемым заказчиком
2	Набор компоненто в для системы гемодиализа /гемофильтрации	Устройство PRISMAFL EX вариант исполнения : ST150 set	16	2.1	Комплектность	Моноблок, включающий в себя: гемофильтр, магистрали забора и возврата крови, диализирующей, замещающей, цитратной жидкостей и эффлюэнта, магистраль шприца, датчики и сегменты для контроля давления в системе, камера деаэрации, мешок для сбора ультрафильтрата
				2.2	Назначение	Для системы проведения экстракорпоральной непрерывной коррекции гомеостаза
				2.3	Материал мембраны:	AN69 (сополимер акрилонитрила и металилсульфонат натрия)
				2.4	Эффективная площадь поверхности, кв.м	1,5
				2.5	Общий объем заполнения сета, мл	193
				2.6	Клиренсные характеристики:	
				2.6.1	постоянный вено-венозный гемодиализ, л/ч	4
				2.6.2	при скорости диализирующего потока, мл/мин	67
				2.6.3	скорость потока крови, мл/мин	200
				2.6.4	КУФ	0
				2.6.5	мочевина, мл/мин	66
				2.6.6	витамин B12, мл/мин	51
				2.6.7	инулин, мл/мин	40
				2.7	Совместимость	с аппаратом Prisma Flex ST 150 set, используемым заказчиком
3	Набор компоненто в для системы гемодиализа /гемофильтрации	Устройство PRISMAFL EX вариант исполнения : ST100 set	16	2.1	Комплектность	Моноблок, включающий в себя: гемофильтр, магистрали забора и возврата крови, диализирующей, замещающей, цитратной жидкостей и эффлюэнта, магистраль шприца, датчики и сегменты для контроля давления в системе, камера деаэрации, мешок для сбора ультрафильтрата
				2.2	Назначение	Для системы проведения экстракорпоральной непрерывной коррекции гомеостаза
				2.3	Материал мембраны:	AN69 (сополимер акрилонитрила и металилсульфонат натрия)
				2.4	Эффективная площадь поверхности, кв.м	1,0
				2.5	Общий объем заполнения сета, мл	155
				2.6	Клиренсные характеристики:	
				2.6.1	постоянный вено-	4

				венозный гемодиализ, л/ч		
			2.6.2	при скорости диализирующего потока, мл/мин	67	
			2.6.3	скорость потока крови, мл/мин	150	
			2.6.4	КУФ	0	
			2.6.5	мочевина, мл/мин		63
			2.6.6	витамин В12, мл/мин		41
			2.6.7	инулин, мл/мин		30
			2.7	Совместимость	с аппаратом Prisma Flex ST 100 set, используемым заказчиком	

1. Ответ на запрос просим предоставить на бланке организации с указанием реквизитов и контактных лиц на бумажном носителе или в форме электронного документа.
2. Цена договора включает в себя все налоги и другие обязательные платежи, подлежащие уплате в соответствии с нормами законодательства, а также стоимость товара, упаковка, доставка до адреса Заказчика.
3. Оплата по Договору осуществляется по факту поставки партии Товара в течение 30 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору.
4. Предполагаемые сроки проведения закупки – декабрь 2023 года.
5. Предполагаемые сроки поставки – 10 дней с даты заявки Заказчика.
6. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Договора, что подтверждается: регистрационным удостоверением, выданного уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.
7. Размер обеспечения исполнения договора – 1% от НМЦД.
8. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества – не менее 12 месяцев.
9. Срок предоставления ценовой информации – 5 дня со дня получения запроса.
10. Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны Поставщика и Заказчика.
11. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Начальник контрактной службы



Т.Н.Царегородцева