

Техническое задание
на поставку электронных термометров для измерения температуры
в холодильниках

№	Наименование	Требования, установленные Заказчиком
1.	Предмет закупки	Поставка электронных термометров для измерения температуры в холодильных камерах
3.	Назначение	Термометры электронные предназначены для измерений температуры и контроля температурного режима в системе «холодовой цепи». Термометры можно использовать во всех типах холодильного оборудования, в холодильных (морозильных) камерах (комнатах), холодильниках (морозильниках)), авторефрижераторах.
4.	Технические функциональные характеристики товара	и Конструктивно термометры должны быть выполнены в виде компактного моноблочного корпуса со встроенным ППТ, электронным блоком и жидкокристаллическим индикатором (ЖКИ). На лицевой панели термометров помимо ЖКИ должны быть расположены управляющие кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ», «СБРОС» и «°C/°F». На тыльной стороне корпуса расположен отсек для сменного элемента питания, а также прикреплено приспособление для монтажа термометра на объекте измерений. Термометры электронные предназначены для многократной реализации циклов контроля в течение срока службы с выполнением в пределах каждого цикла измерений и индикации на ЖКИ текущей температуры контролируемой воздушной среды, а также индикации на ЖКИ минимального и максимального зафиксированного значения измеряемой за сессию температуры. Метрологические и технические характеристики - Диапазон измерений температуры, °C от -25 до +45 - Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °C $\pm 0,5$ - Основные технические характеристики - Значение Разрешающая способность (цена единицы младшего разряда) дисплея термометров, °C 0,1 Период измерения температуры, мин, не более 1 - Номинальное значение напряжения питания постоянного тока (от сменной литиевой батареи типа CR2032), - Габаритные размеры (длина × высота × ширина), мм, не более 109×20×53 - Масса, г, не более 55 - Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °C не более от -25 до +45 %, ° - относительная влажность воздуха (при окружающей температуре

		+25 С), 80 Средняя наработка до отказа, ч, не менее 20 000 Средний срок службы, лет, не менее 2 Комплектность средства измерений Количество Термометр электронный 1 шт. Упаковка - 1 шт. Батарея типа CR2032 - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 экз. - Особенности исполнения: с первичной заводской поверкой, межповерочный интервал <u>не менее 24 месяцев</u>. - <u>Свидетельство о поверке (паспорт) - 2024 г.</u> - Свидетельство об утверждении типа средств измерения. - Гарантийные обязательства, <u>не менее 12 месяцев</u>.
5.	Требования к качеству товара	1. Поставляемый Товар должен соответствовать по качеству требованиям, установленным нормативно-правовыми актами для данного вида Товара, а также требованиям к параметрам, предъявляемым Заказчиком. 2. Подтверждением качества и иных характеристик Товара является: - документы удостоверяющие качество передаваемого Товара, или их копии, заверенные надлежащим образом сертификаты (декларации) соответствия, паспорт качества Товара, в случае если поставляемый Товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия), и/или другие документы качества в соответствии с требованиями законодательства); - документ подтверждающий государственную регистрацию (регистрационное удостоверение) Товара на территории Российской Федерации (в случае если Товар подлежит обязательной государственной регистрации на территории Российской Федерации); - санитарно-эпидемиологическое заключение на Товар, выданное Роспотребнадзором Российской Федерации, или его копию (если подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе); 3. Информация о Товаре должна содержать сведения на русском языке: наименование Товара, завода-изготовителя, назначение, основные свойства и характеристики. Информация должна быть изложена в инструкции пользователя (руководстве по эксплуатации), прилагаемой к Товару, и является неотъемлемой частью поставки. 4. Поставщик гарантирует качество товара и гарантирует, что на момент заключения Договора товар является новым, не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.
	Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к термометрам электронным	ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия; ГОСТ 8.558-2009 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры; ТУ 26.51.51-015-70082873-2021 Термометры электронные ТТЖК. Технические условия.

6.	Количество товара	Термометры электронные для холодильников 18 (Восемнадцать) шт.
7.	Место поставки	ГАУЗ СО "ЦОЗМП" 620063 г. Екатеринбург ул. 8 Марта, строение 78а/2
8.	Срок поставки	В течение 10 рабочих дней с даты подписания договора.
9.	Форма оплаты, сроки, порядок оплаты	Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету на основании представленных Исполнителем оригиналов - документов для оплаты или документов для оплаты, полученных через систему электронного документооборота. Оплата производится по безналичному расчету в течение 7 рабочих дней с момента подписания Заказчиком документов, подтверждающих факт поставки: счет, товарная накладная или УПД и счета-фактуры, если Исполнитель является плательщиком НДС. В стоимость поставки по договору включаются: доставка до места нахождения Заказчика, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Исполнитель должен выплатить в связи с исполнением обязательств по договору в связи с законодательством Российской Федерации.

СОСТАВЛЕНО:

Заведующий складом ИЛП



Козлова И.А. «29» 02 2024г.