

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Оказание услуг по ремонту медицинского аппарата УЗИ Voluson S8 s/n VS 8806801 2021 г.в с заменой оптического датчика трекбола»

1. Наименование и описание объекта закупки: «Оказание услуг по ремонту медицинского аппарата УЗИ Voluson S8 s/n VS 8806801 2021 г.в с заменой оптического датчика трекбола»

2. Место выполнения работ (оказания услуг): 624600, Свердловская область, г. Алапаевск ул. Ленина, 2 а,

Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:

1. Требования к выполняемым работам:

В процессе проведения работ Исполнитель обязан:

- производить работы в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными Минздравом России 24.09.2003 г. и Минпромнауки России 10.10.2003 г., а также соблюдать требования действующего законодательства, нормы и стандарты РФ, предъявляемые к таким работам (услугам), и иные правовые акты об охране окружающей среды. Качество работ должно соответствовать установленным нормам и стандартам (ГОСТ Р), требованиям «Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан».

- ремонт медицинской техники (изделий) согласно перечню необходимо проводить в согласованные сроки, в соответствии с условиями действующими законами и стандартами РФ;

- использовать для ремонта поверенное оборудование, сертифицированное, согласно предписаниям Росздравнадзора РФ;

- расходные материалы и запасные части, используемые при проведении ремонта медицинской техники (изделий), должны применяться согласно требованиям технической документации на обслуживаемое оборудование и действующим стандартам качества;

- применять в работе материал, соответствующий требованиям Государственных стандартов и норм;

- обеспечить сохранность находящегося в здании оборудования и инвентаря Заказчика;

- все производимые ремонтные работы выполнять в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности (СНиП 12-03-2001, 12-04-2002), пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов;

- обеспечить на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и соответствие требованиям СНиП.

- взрывоопасные или вредные вещества складировать в соответствии с требованиями действующей нормативной документации;

- обеспечить безопасность труда в соответствии с требованиями СНиП III-4, СН;

- проводить инструктаж специалистов Заказчика по правилам эксплуатации медицинской техники.

2. Перечень объемов работ:

2.1. Проведение ремонта медицинской техники (изделий) Заказчика, указанного в Перечне, по результатам обследования его технического состояния или в результате выхода из строя.

1) Срок оказания услуг – с момента заключения контракта до полного выполнения работ. Ремонт производится в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней.

2) Ремонт медицинской техники (изделий) осуществляется по эксплуатационной документации, по мере необходимости.

3) Ремонт выполняться на месте эксплуатации медицинской техники (изделий),

4) После ремонта медицинская техника (изделие) в предусмотренных эксплуатационной документацией случаях подвергается послеремонтным испытаниям в объеме, необходимом для подтверждения соответствия эксплуатационных и технических характеристик отремонтированного изделия значениям, приведенным в эксплуатационной документации.

5) Используемые в работе комплектующие и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, соответствовать функциональным характеристикам и качественным характеристикам.

Виды, объемы, технологическая последовательность работ по ремонту медицинской техники (изделий) определяются требованиями эксплуатационной документации, а также результатами контроля технического состояния изделий.

2.2. Ввод в эксплуатацию после ремонта:

Ввод медицинской техники (изделий) в эксплуатацию – процедура проведения комплекса регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по подготовке к эксплуатации медицинской техники (изделий), завершающаяся передачей медицинской техники (изделий) медицинскому персоналу для использования по назначению.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ:

На выполненные работы устанавливается гарантийный срок – не менее 3 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

Исполнителю необходимо иметь:

- Лицензия или выписка из реестра лицензий (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 №2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий»)

Полученная в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2129 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения)» на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий, с указанием классов потенциального риска применения:

- Техническое обслуживание следующих групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2а потенциального риска применения:

- ортопедические медицинские изделия;
- гастроэнтерологические медицинские изделия;
- реабилитационные и адаптированные для инвалидов медицинские изделия;
- медицинские изделия для пластической хирургии, дерматологии и косметологии;
- вспомогательные и общебольничные медицинские изделия;
- стоматологические медицинские изделия;
- анестезиологические и респираторные медицинские изделия;
- неврологические медицинские изделия;
- сердечно-сосудистые медицинские изделия;
- офтальмологические медицинские изделия;
- медицинские изделия для оториноларингологии;
- физиотерапевтические медицинские изделия;
- медицинские изделия для in vitro диагностики;
- медицинские изделия для акушерства и гинекологии;
- урологические медицинские изделия;
- радиологические медицинские изделия (в части оборудования для ультразвукового исследования);
- радиологические медицинские изделия (в части оборудования для магнитно-резонансной томографии).

3. Проведение ремонта медицинской техники (изделий) Заказчика, указанного в Перечне, в результате выхода из строя.

№ п/п	Наименование услуги	Перечень действий, входящих в состав услуги	Количественный показатель объема услуги
1	Оказание услуг по ремонту медицинского аппарата УЗИ Voluson S8 s/n VS 8806801 2021 г.в с заменой оптического датчика трекбола	Перечень работ: 1. Разборка-сборка УЗИ 2. Замена трекбола 3. Проверка УЗИ	1

4. Иные требования к услугам и условиям их оказания:

4.1. Характеристики трекбола оптического каталожный № S9554921 для Voluson S8 s/n VS 8806801 2021 г.в:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	Тип сигнала	USB 2.0
2	Напряжение, В	5
3	Оптический сенсор, шт.	2

_____ / _____ /

_____ / _____ /